

2008年機械系環安衛紀事

- 3月26日 召開機械系環安衛委員會會議，開會後至各實驗室 RANDOM 訪查紀錄。本次抽查為 R104、R107、R113、R638、R805
製作會議紀錄及抽檢實驗室須改善處表格，先給主任及劉霆教授過目，再於 04/01
- 3月27日 E-MAIL 給當日與會之 5 位教授。另會將個別報告 e-mail 給實驗室負責教授及學生，請其改善後再於 04/21 日後訪查紀錄，以利製作本系之自評報告。
依主任要求：SCAN 03/29 報紙報導及公文給各位教授以彙整意見：（一）中興大學電梯車廂墜落，使得某教授摔落電梯頂端，左右胸肋骨折斷。（二）本系已於 01/10 簽文請營繕組改善工綜館中央電梯之安全，營繕組回文：電梯性能提昇及改善部分預計於 2008 年 8 月 31 日完工。
- 3月31日
- 4月3日 E-MAIL 楊申語教授：實驗室兩週前有異味，務必請楊老師提出一份說明，回報給工學院。
- 4月3日 登錄『實驗場所安衛查核表』共 43 份
- 4月9日 定期巡查 5F 及 7F 樓頂清潔：排水孔底端部分並未完全清理乾淨、水塔地面尚有雜草。
- 4月11日 催繳整理 MSDS（系辦公室存檔）：工綜館 R113 非傳統加工實驗室 3 份、工綜館 R638 精微機構實驗室 7 份
再次 E-MAIL 給所有實驗室：本學期工學院之環安衛訪查訂於 4 月 30 日（週三）訪查重點為：■冷氣機滴水及壁癌問題。■實驗室空氣品質。每年全校之環安衛訪查訂於 5 月 9 日（週五）；如有提案請填提案單，並於 4 月 30 日前送環安衛中心彙整。請各實驗室自即日起依據【實驗場所安衛查核表】逐項檢查、改善環安衛相關事宜。
- 4月16日 下午單秋成教授、陳鈞教授與侯火順討論工綜館及志鴻館 化工系實驗室排放毒氣問題，張與環安衛中心楊先生研討：一、當場拍照、即時 CALL 環安衛中心、中心派員會同化工系環安衛幹事至現場檢驗蒐證、要求改善。 二、請劉霆教授於 5 月 9 日全校環安衛訪查會議中提案，研擬通報單、下班及假日有狀況應如何處理？ E-MAIL 給主任及劉霆教授，附環安衛提案單
- 4月17日
- 4月18日 E-MAIL 給所有實驗室並且公告：本學期為了加強宣導『液態氮』的使用、危害預防與應變，環安衛中心訂於 4 月 28 日上午 10：00～12：00 於第四會議室舉辦有關『液態氮』的使用、危害預防與應變講習會。
- 4月21日 5F近R547 轉角堆積廢棄物品：再次貼公告籲請清除。
- 4月22日 走訪 03/26 本系抽查之 6 間實驗室，逐項 CHECK 其繳交之改善情形，協助並紀錄彙整。
- 4月22日 整理 6 間實驗室總表：2008 年 3 月 26 日機械系環安衛訪查報告暨改善情形
整理並彙整給工學院張文泰先生：上一學年整年度系、所安衛小組運作情形（提供會議記錄、工作紀錄…等等書面資料）。
- 4月24日
- 4月25日 UPDATE 本系『環安衛現況』簡報資料，以備報告。

- 4 月 25 日 彙整 R117 吳錫侃教授、RB06 單秋成教授、R531 及 533 陳瑤明教授實驗室之冷氣機滴水及壁癌、實驗室空氣品質等問題，COPY 存檔以待與校方研討解決。
- E-MAIL TO ALL：（一）4 月 30 日下班前完成實驗室用電安全自動檢查，並繳交記錄彙
4 月 28 日 整至環安衛中心備查。「實驗室用電安全自動檢查表」如附檔。每學期之前一週均需繳交此表。
- 4 月 30 日 本學期工學院之環安衛訪查本系此次抽檢 R547、R549、R405、R144 樓上、R113、B21，各項缺失整理改善中。
- 5 月 1 日 領取台北市消防局【防火管理人合格證書】北市消預字第 09731069600 號
- 張文泰先生之急件—要求補建去年「全校安衛訪視結果與改善報告」，因為召集人去
5 月 7 日 年未交代各系所繳交。上午已交代 R113、R129、R145 各實驗室同學逐項改善附表缺失，並將整理好之表格 E-MAIL 給各負責教授及學生
- 5 月 7 日 第 5 次 E-MAIL TO ALL 全校環安衛訪視抽查為 5 月 9 日（週五）上午 10 時至 12 時
5 月 8 日 繳交「95 學年度全校安衛訪視結果與改善報告（機械系）」給張文泰，昨日 17：30 已 MAIL 給主任及劉教授過目。
- 5 次 E-MAIL TO ALL（03/04、03/17、04/16 第 2 次加訪查重點、05/07）：本年全校環安
5 月 9 日 衛訪視抽查為 5 月 9 日（週五）上午 10 時至 12 時止，訪查重點為：安全衛生工作守則（應詳讀並在後頁簽名）、電氣安全（延長線等）、化學藥品等。【舊機館、志鴻館、實習工廠均列抽查】CALL 初玉臣、潘宜中
- 5 月 12 日 E-MAIL TO ALL：請註明滅火器編號，以備廠商換藥；核對各實驗室過期滅火器、紀錄編號、製表：資料 28 筆
- 5 月 13 日 公文三件 SCAN 全文、E-MAIL TO ALL 張貼 3 處公告欄：公文三件請查照（一）97 年度實驗場所人員特殊作業健康檢查（二）排風櫃申請（三）木工機械操作規則。
- 公文 SCAN 全文、E-MAIL TO ALL 張貼 3 處公告欄：本校訂於 5 月 29 日（週四）下午
5 月 21 日 假校總區第四會議室舉辦「96 學年度緊急應變教育訓練暨急救人員再教育講習」請踴躍參加
- 5 月 21 日 E-MAIL TO ALL：實驗室廢液、實驗用廢玻璃等，請上網登錄申請清運，相關流程可參考環安衛中心製作發放實驗室張貼的『實驗室廢棄物清理一覽表』
- 5 月 22 日 簽文：工綜館 3 座電梯內部裝潢
- 公文三件 SCAN 全文、E-MAIL TO ALL 張貼 3 處公告欄（一）教育部校園安全衛生管理
5 月 23 日 人員研習營（二）實驗室安全衛生知能測驗（三）落實職災通報：重大災害需立即進行「重大事故登錄」，輕微或虛驚 3 日內填報「職災通報單」

- 5 月 26 日 e-mail to all：請統計所屬實驗室 1.目前共有多少桶廢液等待處理？2.預估至 6 月底將會有
多少桶廢液等待處理？
- 5 月 26 日 報名「實驗室安全衛生知能測驗」，繳驗【環境、職業與健康】成績單
- 5 月 27 日 機械系實驗室 廢液統計：7 樓 R738 登錄製造表格『機械系微系統實驗室廢液統計』
- e-mail to 陳永傳教授：附檔之會議紀錄及要求改善處。（最好有改善前後之對照相片）。
- 6 月 5 日 （R547、549 王興華教授，R144 樓上鄭榮和教授）其他實驗室須改善處亦已個別通知及
追蹤複查、製作報告。
- 6 月 8 日 本週日上午至公衛學院參加「實驗室安全衛生知能測驗」2 小時取得合格證書
- e-mail to all：環安衛中心為加強宣導節電與各項再生能源（太陽能、風力能、地熱能、
生質能及水力能等）應用之正確資訊，於 6 月 16 日下午邀請臺灣電力公司與工研院能
6 月 9 日 環所講師，於第 1 會議室以圖片影片的呈現，深入淺出說明節電與各項再生能源應用現
況。
- e-mail to all：（一）教育部訂於 7 月 8 日起陸續舉辦為期 2 天之「實驗室安全衛生研習
6 月 10 日 營」（二）請務必填報教育部之【危害物質清單】與【人員權限】調查表格，並於 6
月 30 日前提供電子檔至本校環安衛中心彙整處理。
- 6 月 12 日 e-mail to all：實驗用廢玻璃預計在 6 月 24 日辦理清運。可參考實驗室廢棄物清理程序一
覽表海報內容辦理
- e-mail to all：96 學年度第 1 次校園安全維護會報統計：本校 96 年 5 月 1 日至 97 年 5 月
6 月 16 日 30 日共發生八件重大維安事件，其中四件均為實驗室延長線過度負荷引起火災，總務處
已在進行一些改善措施，請各實驗室負責教授、學生、技術人員加強檢視延長線是否符
合安全規定。
- 6 月 18 日 繳交電子報資料及照片
- 6 月 26 日 參加「節約能源系統填報說明暨查核研討會」
- 6 月 26 日 中午 12 點在 536 會議室開會討論第二期電子報發報內容
- 7 月 4 日 參加「台灣大學永續校園講座」